

**പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ  
പതിനൊന്നാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം. 6738

10.07.2014 ൽ മറുപടിക്ക്

**മാവേലിക്കര ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ ഡയാലിസിസ് സെന്റർ**

ചോദ്യം

ഉത്തരം

ശ്രീ. ആർ. രാജേഷ്

ശ്രീ. വി.എസ്. ശിവകുമാർ

(ആരോഗ്യവും കുടുംബക്ഷേമവും ദേവസ്വവും വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) മാവേലിക്കര ജില്ലാ ആശുപത്രി (എ) പ്രൊപ്പോസൽ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് യിൽ ഡയാലിസിസ് സെന്റർ & ഡയാലിസിസ് സെന്റർ ആരംഭിക്കുന്നതു ആരംഭിക്കുന്നതിന് നടപടി (ബി) സംബന്ധിച്ച വിഷയം പരിശോധിക്കുന്നതാണ്. സ്വീകരിക്കുമോ;

(ബി) എം.എൽ.എ.യുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും ഒരു കോടി രൂപ അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡയാലിസിസ് സെന്റർ തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള അനുമതി നൽകുമോയെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;

(സി) ഡയാലിസിസ് സെന്റർ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ വിശദമാക്കുമോ

(സി) അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും അനുവദിക്കുമായതും എ.സി സംവിധാനം ഉള്ളതുമായ മുറികളിൽ മാത്രമാണ് ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റുകൾ പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കേണ്ടത്. ഒരു യൂണിറ്റിൽ 4x11 അടി സ്ഥലം ആവശ്യമുണ്ട്. (മെഷീന്റെ വലിപ്പം അനുസരിച്ച് ഇതിൽ മാറ്റം വരുന്നതാണ്). എത്ര യൂണിറ്റുകൾ ആരംഭിക്കുന്നു എന്നതനുസരിച്ച് സ്ഥലം ആവശ്യമായി വരും. സ്ഥിരമായുള്ള കറന്റ് ലഭ്യത ആവശ്യമായതിനാൽ ജനറേറ്റർ/യു.പി.എസ് സംവിധാനം അത്യാവശ്യമാണ്. സ്ഥിരം ജലലഭ്യതയും ആർ.ഒ.പ്ലാന്റ് സംവിധാനവും അത്യാവശ്യമാണ്. ഡയാലിസിസ് നടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അത്യാഹിതങ്ങൾ പരിഹരിക്കുവാൻ

ആവശ്യമായ ഐ.സി.യു സംവിധാനവും സെന്ററൽ ഓക്സിജൻ സപ്ലൈയും അത്യാവശ്യമാണ്.

മനുഷ്യവിഭവശേഷി

ഒരു നെഫ്രോളജിസ്റ്റ്/ഡയാലിസിസിൽ പരിശീലനം ലഭിച്ച ഒരു ഡോക്ടർ, മൂന്ന് മെഷീൻ ഒരു ടെക്നീഷ്യൻ, അഞ്ച് രോഗികൾക്ക് ഒരു സ്റ്റാഫ് നഴ്സ്, ഷിഫ്റ്റിന് ഒരു നഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ്, ഒരു അറ്റൻ്റ് ഗ്രേഡ്-2 എന്നിവർ ആവശ്യമാണ്. യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ മരുന്നിന്റെ ലഭ്യതയും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്.

(ഡി) ഡയാലിസിസ് സെന്ററിന്റെ (ഡി) പ്രവർത്തനത്തിനാവശ്യമായ ഡോക്ടർ, നഴ്സ്, ടെക്നീഷ്യൻമാർ എന്നിവരെ നിയമിക്കുന്നതിനോ നിലവിലുള്ളവർക്ക് ആവശ്യമായ പരിശീലനം നൽകുന്നതിനായുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോയെന്ന് വിശദമാക്കുമോ? പ്രൊപ്പോസൽ ലഭ്യമാകുന്നമുറയ്ക്ക് മാത്രമേ ഇക്കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ.

  
സെക്ഷൻ ഓഫീസർ