

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

പന്ത്രണ്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം.816

03.12.2014-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

റേഡിയോ തെറാപ്പി വിഭാഗത്തിലെ ലിനിയർ ആക്സിലറേറ്റർ മെഷീൻ പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കാൻ നടപടി

ചോദ്യം	മറുപടി
ശ്രീ. ജി. സുധാകരൻ	ശ്രീ. വി. എസ്. ശിവകുമാർ (ആരോഗ്യവും കുടുംബക്ഷേമവും ദേവസ്വവും വകുപ്പുമന്ത്രി)

(എ) ആലപ്പുഴ റ്റി.ഡി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ റേഡിയോ തെറാപ്പി വിഭാഗത്തിൽ അത്യാധുനിക ലിനിയർ ആക്സിലറേറ്റർ മെഷീൻ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ; ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നാണ് വാങ്ങിയതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;	(എ) ഉണ്ട്. 2013 ജൂലൈ മാസം
(ബി) ഈ മെഷീൻ പ്രവർത്തന സജ്ജമാണോ; അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട്; വിശദമാക്കാമോ;	(ബി) & (സി) മെഷീൻ പ്രവർത്തന സജ്ജമാണ്. മെഷീൻ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുവാനുള്ള അനുമതി ആറ്റമിക് എനർജി റെഗുലേറ്ററി ബോർഡിൽ (എ.ഇ.ആർ.ബി) നിന്നും കിട്ടിയിരുന്നില്ല. എന്നാൽ 27/11/2014 ന് എ.ഇ.ആർ.ബി അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയതിനാൽ മെഷീന്റെ പ്രവർത്തനം ഉടൻ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.
(സി) ഈ മെഷീൻ എന്നത്തേക്ക് പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്; വ്യക്തമാക്കാമോ;	



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ