

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ
പതിനാലാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം. 733

30/06/2015 ൽ മറുപടിക്ക്

ചാലക്കുടി താലൂക്ക് ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആശുപത്രിയുടെ പ്രവർത്തനം

<p style="text-align: center;"><u>ചോദ്യം</u></p> <p style="text-align: center;">ശ്രീ. ബി.ഡി. ദേവസ്സി</p>	<p style="text-align: center;"><u>ഉത്തരം</u></p> <p style="text-align: center;">ശ്രീ. വി.എസ്. ശിവകുമാർ (ആരോഗ്യവും കുടുംബക്ഷേമവും ദേവസ്വവും വകുപ്പ് മന്ത്രി)</p>
<p>(എ) ചാലക്കുടി താലൂക്ക് ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആശുപത്രിയിൽ ടോമ കെയർ, ബ്ലഡ്ബാങ്ക്, ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റ് എന്നിവ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ എന്തു ഘട്ടത്തിലാണ് വിശദമാക്കുമോ ?</p>	<p>(എ) 15/11/2011 ലെ സ.ഉ.(സാധ)നം. 3961/11/ആ.ക.വ. പ്രകാരം ടോമാകെയറിനാവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനായി 13.45 ലക്ഷം രൂപയും 06/12/2013 ലെ സ.ഉ.(സാധ)നം. 4065/2013/ആ.ക.വ. പ്രകാരം കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് എക്സറേ മെഷീൻ ആന്റ് അദർ എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഫോർ ടോമാകെയർ വാങ്ങുന്നതിനായി 30 ലക്ഷം രൂപയും അനുവദിക്കുകയും തുക കെ.എം. എസ്.സി.എല്ലിന് കൈമാറുകയും ചെയ്തിരുന്നു.</p> <p>ബ്ലഡ് സ്റ്റോറേഷിനായുള്ള കെട്ടിടം പുനരുദ്ധരിച്ചെങ്കിലും പ്രവർത്തന ക്ഷമമായിട്ടില്ല.</p> <p>പുതിയതായി പണിയുന്ന സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും വാർഡിൽ ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റ് ആരംഭിക്കാവുന്നതാണ്.</p>

Sasala
സെക്ഷൻ ഓഫീസർ