


**പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ  
പതിനഞ്ചാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം. 775	02.12.2015- ൽ മറുപടി നല്കേണ്ടത്.
--	-------------------------------------

**പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പുതിയ എക്സ്റേ മെഷീൻ അനുവദിക്കാൻ നടപടി**

	ചോദ്യം		ഉത്തരം
	<b>ശ്രീ.സി.കൃഷ്ണൻ</b>		<b>ശ്രീ. വി. എസ്. ശിവകുമാർ</b> (ആരോഗ്യവും കുടുംബക്ഷേമവും ദേവസ്വവും വകുപ്പ് മന്ത്രി)
എ)	കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ എക്സ്റേ മെഷീൻ പ്രവർത്തന രഹിതമായിട്ടുള്ള കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ;	എ)	ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത ഉപകരണം റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് അത് വിതരണം ചെയ്ത കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. എണാൽ 100 MA Mobile X-ray Machine ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ട് നിലവിൽ രോഗികൾക്ക് ആവശ്യമായ എക്സ്റേ സംവിധാനം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ബി)	നല്ല നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പുതിയ എക്സ്റേ മെഷീൻ അനുവദിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ, ഇല്ലെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കുമോ ;	ബി)	ബഹു പയ്യന്നൂർ എം.എൽ.എ യുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു കോടി രൂപ അടങ്കലിൽ പുതിയ ഒരു റേഡിയോളജി ബ്ലോക്ക് നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൊതുമാർഗ്ഗത്ത് വകുപ്പ് സ്വീകരിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. പ്രസ്തുത യൂണിറ്റ് പൂർത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക് പുതിയ എക്സ്റേ യൂണിറ്റ് തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.

  
 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ