

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

ഒന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം.1467

13.07.2016-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ലീനിയർ ആക്സിലേറ്റർ യന്ത്രം അനുവദിക്കുന്നതിന് നടപടി

ചോദ്യം	മറുപടി
ശ്രീ.കെ. രാജൻ	ശ്രീമതി. കെ.കെ.ശൈലജിപ്പിള്ളി (ആരോഗ്യവും സാമൂഹ്യനീതിയും വകുപ്പുമന്ത്രി)

(എ)	തൃശ്ശൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ റേഡിയേഷൻ യന്ത്രം തുടർച്ചയായി കേടാകുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;	(എ)	ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
(ബി)	കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തിനിടെ റേഡിയേഷൻ യന്ത്രം എത്ര തവണ തകരാറിലായെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;	(ബി)	2014-15 ൽ 14 തവണയും 2015-16 ൽ 3 തവണയും തകരാറിലായിട്ടുണ്ട്.
(സി)	റേഡിയേഷൻ ചികിത്സക്കായി അത്യാധുനിക രീതിയിലുള്ള ലീനിയർ ആക്സിലേറ്റർ യന്ത്രം തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിന് അനുവദിക്കുമോ?	(സി)	പ്രസ്തുത യന്ത്രം തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിന് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

25.