


**പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
പതിനെന്നാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം. 323

04.06.2018 തോഡ്ക്ക് മറുപടിക്ക്

കായംകുളം താലുക്ക് ആളുപത്രിയിലേക്ക് സ്കാനിംഗ് മെഷീൻ

<u>ചോദ്യം</u>		<u>ഉത്തരം</u>	
ശ്രീമതി ടു. പ്രതിഭ ഹർ		ശ്രീമതി. കെ.കെ. ശൈലജ ടീച്ചർ (ആരോഗ്യവും സാമൂഹ്യനീതിയും വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ) കായംകുളം താലുക്ക് ആളുപത്രിയിലേക്ക് സ്കാനിംഗ് മെഷീൻ അനുവദിച്ചിട്ടും നാളിത്വരെ ഇത് സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയാത്തത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടോ?	(എ)	ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.	
(ബി) എങ്കിൽ ഇതിന്റെ കാരണം എന്നെന്നും എന്നതേക്ക് പ്രസ്തുത മെഷീൻ താലുക്ക് ആളുപത്രിയിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയും എന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ?	(ബി)	<p>സി.ടി. സ്കാൻ സ്ഥാപിക്കേണ്ടിനുള്ള ആവശ്യക കേരള മെഡിക്കൽ സർവീസസ് കോർപ്പറേഷൻിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. കേരള മെഡിക്കൽ സർവീസസ് കോർപ്പറേഷൻിൽ SIEMENS എന്ന കമ്പനി മുഖ്യമായാണ് ടി യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിക്കേണ്ടത്. ടി യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിക്കേണ്ടിലേക്ക് 70 KWA വൈദ്യുത ലൈൻ അനുവദിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. വൈദ്യുതി കണക്കാൻ അനുവദിക്കേണ്ടതിന് (പി.ഡി.എസ്സ് ഡി ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവിഷൻ തയ്യാറാക്കിയ) 6,75,000/- (ആർ ലക്ഷണി എഴുപത്തി അഞ്ചുബിംബം ഒരു മാത്രം) ആപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് കായംകുളം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയ്ക്ക് ടി തുക സർക്കാർ ഫോഡ് ഐഡി 8443-00-108 PWD എന്ന ഫോഡിലേക്ക് അടയ്ക്കേണ്ടതായി കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. 70 KWA പവർ സംബന്ധിച്ച രേഖാചാർട്ട് സേഫ്ടി ഡിപ്പാർട്ട് മെണ്ട്രിൽ നിന്നുള്ള അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് കായംകുളം താലുക്ക് ആളുപത്രിയിൽ സി.ടി.സ്കാൻ യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്.</p>	


സെക്രട്ടർ ഓഫീസർ