

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

പതിമൂന്നാം സമ്മേളനം


നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം. 4037

12.12.2018-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ഹെമറ്റോളജി അനലൈസർ - ടെൻഡർ നടപടികൾ

ചോദ്യം	മറുപടി
ശ്രീ. എ.പി.അനിൽ കുമാർ	കെ.കെ.ശൈലജടീച്ചർ (ആരോഗ്യവും സാമൂഹ്യനീതിയും വനിത ശിശു വികസനവും വകുപ്പുമന്ത്രി)

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
(എ)	ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി വിളിച്ചു കൂട്ടിയ സൂപ്രണ്ടുമാരുടെ യോഗത്തിൽ ഹെമറ്റോളജി അനലൈസർ എന്ന രക്ത പരിശോധന ഉപകരണം വാങ്ങുന്ന കാര്യം ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നോ;	(എ)	ഔദ്യോഗികമായി ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല.
(ബി)	ഹെമറ്റോളജി അനലൈസർ എന്ന ഉപകരണത്തിന് മെഡിക്കൽ സർവ്വീസ് കോർപ്പറേഷൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കുറഞ്ഞ തുക എത്രയാണ്;	(ബി)	16.01.2018 വരെ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന റണ്ണിംഗ് കോൺട്രാക്ട് പ്രകാരം 2,34,918/- രൂപയായിരുന്നു ഉപകരണത്തിന്റെ വില.
(സി)	ഈ ഉപകരണം വഴി രക്തപരിശോധനയ്ക്ക് ഒരു രോഗി എത്ര രൂപ നൽകേണ്ടിവരും;	(സി)	3 പാർട്ട് ഹെമറ്റോളജി അനലൈസർ ആണെങ്കിൽ 25-35 രൂപയും 5 പാർട്ട് അനലൈസർ ആണെങ്കിൽ 35-50 രൂപയും ചിലവ് വരും.
(ഡി)	ഉപകരണം വാങ്ങുന്നതിന് ടെൻഡർ വിളിച്ചോ; വിളിച്ചെങ്കിൽ പങ്കെടുത്ത കമ്പനികളും സ്ഥാപനങ്ങളും അവ രേഖപ്പെടുത്തിയ തുകയും എത്രയാണെന്ന് വിശദമാക്കാമോ;	(ഡി)	ഹെമറ്റോളജി അനലൈസർ ഉപകരണം വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ദർഘാസ് നടപടികൾ കേരള മെഡിക്കൽ സർവ്വീസ് കോർപ്പറേഷനിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
(ഇ)	ഈ ടെൻഡർ ആർക്കാണ് സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയത് ; കോർപ്പറേഷൻ രേഖപ്പെടുത്തിയ കുറഞ്ഞ തുകയിൽ നിന്ന് എത്ര രൂപ കൂടുതൽ നൽകിയാണ് സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയത്?	(ഇ)	


 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ