

**പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ**

പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സംഗ്രഹിതം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം. 2072

13.06.2019-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

**സി.റി. സിതൃലേറ്റർ സ്ഥാപിച്ചതിലെ കുമക്കേട്**

ചോദ്യം	മറുപടി
ശ്രീ. അംഗവർ സാദത്ത്	കെ.കെ.വൈലേജ്കിപ്പർ (ആരോഗ്യവും സാമൂഹ്യത്വത്തിലെ വനിതയിലും വികസനവും വകുപ്പുമന്ത്രി)

ചോദ്യം	ഉത്തരം
(എ) ആലപ്പുഴ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ റോഡിയോ തെരാപ്പി വിഭാഗത്തിലേക്ക് എക്കേശ്വരം നാലു കോടി രൂപ മുടക്കി 2017-ൽ വാങ്ങി സ്ഥാപിച്ച സി.റി. സിതൃലേറ്റർ രണ്ട് വർഷത്തോളം പ്രവർത്തനക്ഷമമാ കാതിരുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടോ;	(എ) അടുത്തിട്ട ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടോ.
(ബി) പ്രസ്തുത മെഷീൻസ് സുഗമമായ പ്രവൃത്തി നോക്കാതെ പുർണ്ണമായി സ്ഥാപിച്ച കഴിഞ്ഞ എന്ന് കാണിച്ച റോഡിയോ തെരാപ്പി വിഭാഗം മേധാവി നൽകിയ ഇൻസ്റ്റിലേഷൻ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മെഷീൻസ് വിലയുടെ ബാക്കി തുക (രണ്ടാം ഗുഡ്യു) എക്കേശ്വരം 95 ലക്ഷം രൂപയോളം ഫിലിപ്പ് കമ്പനിക്ക് രണ്ട് വർഷം മൂന്ന് നൽകിയിട്ടോ; വിശദമാക്കുമോ;	(ബി) 28/09/2017-ൽ രണ്ടാം ഗുഡ്യുവായ 94,63,688/- രൂപ M/s ഫിലിപ്പ് കമ്പനിക്ക് നൽകിട്ടും. സർക്കാർ അനുമതി പ്രകാരം എൽ.സി കൺസൾറ്റൻ അനുസരിച്ച് ആദ്യ ഗുഡ്യുവായ 65% ഷിപ്പ് മെന്റ് ഡോക്സ് മെന്റ് സും ഇൻവോയ്സും കമ്പനി ബാക്കിൽ സമർപ്പിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും രണ്ടാമത്തെ ഗുഡ്യുവായ 25% കമ്പൻസേൻ മെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട് മെന്റിൽ ലഭ്യമായ മുത്തും ആണ് കമ്പനിക്ക് കൈമാറിയിട്ടുള്ളത്.
(സി) ഇങ്ങനെ വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകകയും അതുവഴി സർക്കാരിന് സാമ്പത്തിക നാശം വരുത്തുകയും ചെയ്യു വകുപ്പ് മേധാവിക്കെതിരെ എത്തു നടപടി സ്വീകരിച്ച എന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;	(സി) & (ഡി) പ്രസ്തുത വിഷയം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ഉടൻ തന്നെ പ്രിൻസിപ്പാൾ തലത്തിൽ വകുപ്പ് മേധാവിയ്ക്ക് കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് നൽകകയും അതോടൊപ്പം പ്രിൻസിപ്പാൾ തലത്തിൽ പിശേഷമായ അനേകം റിപ്പോർട്ട്

(എ)	<p>കൂപ്പികൾ നേരം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് പരിഷ്കാരപരിക്രമങ്ങൾക്ക് ശേഷപും മെഷീൻ സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് വകുപ്പ് മേധാവി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത വിവരം മെധിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ യായറക്കുർ യഥാസമയം സർക്കാർ നിന്ന് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിയിരുന്നോ;</p>		<p>തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടും റിപ്പോർട്ട് നൽകിയാൽ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മെധിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ സീനിയർ ഫീനാൾസ് ഓഫീസർ, പാരിപ്പുള്ളി മെധിക്കൽ കോളേജിലെ അക്കാദംസ് ഓഫീസർ എന്നിവരെ ഉൾപ്പെടുത്തി വകുപ്പുതല അനോഗ്രാം നടത്തുന്നു.</p>
(ഇ)	<p>വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകി അധികൃതരെ തെറ്റിയരിപ്പിച്ച് (ഈ) &amp; (എഫ്) യന്ത്രവിനിയോഗം നടത്തിയവർ കൈതിരെ വിജിലൻസ് അനോഗ്രാം നാത്തിന് ശ്രീപാർശ്വ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ;</p>	(ഈ) & (എഫ്)	<p>വകുപ്പുതല അനോഗ്രാം റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടർന്ന് നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.</p>
(എഫ്)	<p>ഈ കുമക്കേടിനെക്കാരിച്ച് പത്ര വാർത്ത വന്നതിനു ശേഷം മെഷീൻ പ്രവർത്തനസ്ഥാപനക്കിയെക്കില്ലോ. ഇതിന്റെ പിന്നിൽ നടത്തിയ യന്ത്രവിനിയോഗത്തിനും പലിശർ ഡിനത്തിലുണ്ടായ സാമ്പത്തിക നഷ്ടത്തിനും പാവപ്പെട്ട കൂറാൾസർ രോഗികൾക്ക് സമയബന്ധിതമായി കിട്ടുന്നതിനും ചികിത്സ കിട്ടാതിനും മെതിരെ എങ്കിലും നടപടി സ്വീകരിക്കുവാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്; വിശദമാക്കുമോ?</p>		



സെക്രഡിനേറ്റ് ഓഫീസർ