

**പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ  
ഇരുപത്തിരണ്ടാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം.282

12.01.2021 ൽ മറുപടിക്ക്

ആലത്തൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ ഡയാലിസിസ് സെന്റർ

<u>ചോദ്യം</u>  <u>ശ്രീ.കെ.ഡി.പ്രസേനൻ:</u>		<u>ഉത്തരം</u>  കെ.കെ. ശൈലജ ടീച്ചർ (ആരോഗ്യവും സാമൂഹ്യനീതിയും വനിത-ശിശു വികസനവും വകുപ്പുമന്ത്രി)	
(എ)	ആലത്തൂർ താലൂക്ക് ആസ്ഥാന ആശുപത്രിയിലേക്ക് അനുവദിച്ച ഡയാലിസിസ് സെന്ററിന്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചുവോ;	(എ)	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.
(ബി)	ഇല്ലെങ്കിൽ, ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കാൻ തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന കാരണങ്ങൾ എന്തെന്ന് വിശദമാക്കാമോ;	(ബി) യും (സി) യും	ജനറേറ്റർ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് വിതരണ കമ്പനിയെ ലഭിക്കാത്തതാണ് ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കാൻ തടസ്സമായി നിന്നിരുന്നത്.
(സി)	വൃക്കരോഗികൾ കൂടുതൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്രദേശമെന്ന നിലയ്ക്ക്, അടിയന്തിര പ്രധാന്യത്തോടെ ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റ് ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാമോ;	(ഡി) യും	ജനറേറ്റർ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് ഇപ്പോൾ കേരള ഇലക്ട്രിക്കൽ ലിമിറ്റഡിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ജനറേറ്റർ ലഭ്യമായി സ്ഥാപിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റിന്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.
(ഡി)	ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റിന്റെ പ്രവർത്തനം എന്ന് ആരംഭിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വിശദമാക്കാമോ?		

*Hari*

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

1