

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

3 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 182

04-10-2021 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കായംകുളം താലൂക്കാശുപത്രിയിൽ സി ടി സ്കാൻ സ്ഥാപിക്കൽ

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീമതി യു പ്രതിഭ		Smt Veena George (ആരോഗ്യ വനിത-ശിശുവികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	കായംകുളം താലൂക്കാശുപത്രിയിൽ സി. ടി . സ്കാൻ , പവർ ലോൺടി എന്നിവ അനുവദിച്ചിട്ട് മാസങ്ങൾ ഏറെയായിട്ടും നാളിതുവരെ സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന വസ്തുത ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ ഇതിന്റെ കാരണമെന്താണെന്നും എന്നത്തേക്ക് ഇത് സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വിശദമാക്കാമോ?	(എ)	വാർഷിക പദ്ധതി 2015-2016 ൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കായംകുളം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയ്ക്ക് സി.ടി. സ്കാൻ, പവർ ലോൺടി എന്നിവ അനുവദിച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇവ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ട കെട്ടിടം പണി, ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്കുകൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സി.ടി സ്കാനും പവർ ലോൺടിയും പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ 250 KWA ട്രാൻസിഫോർമറും സബ്സ്റ്റേഷനും സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു. പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക് സി.ടി സ്കാൻ യൂണിറ്റും, പവർ ലോൺടിയും പ്രവർത്തന യോഗ്യമാകുന്നതാണ്

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ