

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

5 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 2096

06-07-2022 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കാഞ്ഞങ്ങാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ കാത്ത് ലാബ് പ്രവർത്തനം

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ		ശ്രീമതി വീണാ ജോർജ്ജ് (ആരോഗ്യ വനിത-ശിശുവികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	കാഞ്ഞങ്ങാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ കാത്ത് ലാബ് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണെന്ന് പറയാമോ;	(എ)	കാഞ്ഞങ്ങാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ കാത്ത് ലാബ് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. ജീവനക്കാരുടെ നിയമന നടപടികൾ പൂർത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക് കാത്ത് ലാബിന്റെ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുവാൻ സാധിക്കും.
(ബി)	എന്തൊക്കെ ഉപകരണങ്ങളും സജ്ജീകരണങ്ങളുമാണ് കാത്ത് ലാബ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി ഇതുവരെ ഒരുക്കിയതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;	(ബി)	<p>കാത്ത് ലാബ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി കെ.എം.എസ്.സി.എൽ മുഖാന്തിരം ലഭ്യമാക്കിയ ഉപകരണങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.</p> <p>Centralized Medical Gas Supply</p> <p>Ventilator ICU</p> <p>Over bed table</p> <p>Bed Side Locker</p> <p>Crash Cart</p> <p>Point of care ABG machine</p> <p>Cathlab Model B</p> <p>Pacemaker (Temporary)- Single Chamber</p> <p>Refrigerator Model B (With stabilizer)</p> <p>Trop T Analyzer</p> <p>ACT Machine (Activated Clotting Time)</p> <p>ICU Cot Model B</p> <p>Emergency Trolley (Trauma Emergency Cot)</p>

			<p>Multiparameter Monitor (5 Para) with Central Monitoring System</p> <p>Pacemaker (Temporary)- Dual Chamber</p> <p>Diesel Generator 250 KVA</p> <p>Suction Apparatus</p>
(സി)	<p>ഏതൊക്കെ തസ്തികകളാണ് കാത്ത് ലാബിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി വരുന്നതെന്ന് വിശദമാക്കാമോ;</p>	(സി)	<p>കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് -2, ജൂനിയർ കൺസൾട്ടന്റ് (ജനറൽ മെഡിസിൻ) 2, അസിസ്റ്റന്റ് സർജൻ -1, സി.എം.ഒ -2, കാത്ത് ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ -2, ഇ.സി.ജി ടെക്നീഷ്യൻ -2</p>
(ഡി)	<p>പ്രസ്തുത തസ്തികകൾ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാമോ; ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് അനുവദിക്കുന്നതിന് എന്തൊക്കെ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചെന്ന് പറയാമോ?</p>	(ഡി)	<p>കാർഡിയോളജി അടക്കമുള്ള തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രൊപ്പോസൽ സർക്കാർ പരിശോധിച്ചു വരുന്നു.</p>

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

**പതിനഞ്ചാം കേരള നിയമസഭ
അഞ്ചാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം. 2096

06.07.2022 ൽ മറുപടിക്ക്

കാഞ്ഞങ്ങാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ കാത്ത് ലാബ് പ്രവർത്തനം

ചോദ്യം ശ്രീ ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ		ഉത്തരം വീണാ ജോർജ്ജ് (ആരോഗ്യ- വനിത-ശിശുവികസന വകുപ്പു മന്ത്രി)	
(എ)	കാഞ്ഞങ്ങാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ കാത്ത് ലാബ് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ഏറ് എടുത്തിലാണെന്ന് പറയാമോ;	(എ)	കാഞ്ഞങ്ങാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ കാത്ത് ലാബ് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. ജീവനക്കാരുടെ നിയമന നടപടികൾ പൂർത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക് കാത്ത് ലാബിന്റെ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുവാൻ സാധിക്കും.
(ബി)	എന്തൊക്കെ ഉപകരണങ്ങളും സജ്ജീകരണങ്ങളുമാണ് കാത്ത് ലാബ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി ഇതുവരെ ഒരുക്കിയതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;	(ബി)	കാത്ത് ലാബ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി കെ.എം.എസ്.സി.എൽ മുഖാന്തിരം ലഭ്യമാക്കിയ ഉപകരണങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. <ol style="list-style-type: none"> 1. Centralized Medical Gas Supply 2. Ventilator ICU 3. Over bed table 4. Bed Side Locker 5. Crash Cart 6. Point of care ABG machine 7. Cathlab Model B 8. Pacemaker (Temporary)- Single Chamber 9. Refrigerator Model B (With stabilizer) 10. Trop T Analyzer 11. ACT Machine (Activated Clotting Time) 12. ICU Cot Model B 13. Emergency Trolley (Trauma Emergency Cot) 14. Multiparameter Monitor (5 Para) with Central Monitoring System 15. Pacemaker (Temporary)- Dual Chamber 16. Diesel Generator 250 KVA

		17. Suction Apparatus	
(സി)	ഏതൊക്കെ തസ്തികകളാണ് കാത്ത് ലാബിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി വരുന്നതെന്ന് വിശദമാക്കാമോ;	(സി)	കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് -2, ജൂനിയർ കൺസൾട്ടന്റ് (ജനറൽ മെഡിസിൻ) 2, അസിസ്റ്റന്റ് സർജൻ -1, സി.എം.ഒ -2, കാത്ത് ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ -2, ഇ.സി.ജി ടെക്നീഷ്യൻ -2
(ഡി)	പ്രസ്തുത തസ്തികകൾ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാമോ; ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് അനുവദിക്കുന്നതിന് എന്തൊക്കെ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചെന്ന് പറയാമോ?	(ഡി)	കാർഡിയോളജി അടക്കമുള്ള തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രൊപ്പോസൽ സർക്കാർ പരിശോധിച്ചു വരുന്നു.

Hari

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ