

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

5 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 2098

06-07-2022 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

നെയാറ്റിൻകര ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ സ്ഥാപിച്ച ഓക്സിജൻ പ്ലാന്റിന്റെ പ്രവർത്തനം

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ കെ ആൻസലൻ		ശ്രീമതി വീണാ ജോർജ്ജ് (ആരോഗ്യ- വനിത-ശിശുവികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	നെയാറ്റിൻകര ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ സ്ഥാപിച്ച ഓക്സിജൻ പ്ലാന്റ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള കാലതാമസത്തിന്റെ കാരണം വിശദമാക്കുമോ;	(എ)	നെയാറ്റിൻകര ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ഓക്സിജൻ പ്ലാന്റ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ടാൻസ്റ്റോർമർ, ജനറേറ്റർ എന്നീ സംവിധാനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാത്തതിനാലാണ് പ്ലാന്റിന്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നതിന് കാലതാമസം നേരിടുന്നത്.
(ബി)	ഓക്സിജൻ പ്ലാന്റ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നതിനായി ഇനി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട പ്രവൃത്തികൾ ഏതൊക്കെയാണ് വിശദമാക്കാമോ;	(ബി)	ഓക്സിജൻ പ്ലാന്റിന് ആവശ്യമായ വൈദ്യുതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നിലവിലെ ഹൈ-ടെൻഷൻ വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ പോരാത്തതിനാൽ ടാൻസ്റ്റോർമറിന്റെ പ്രവർത്തനക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കാനായി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ പ്രോജക്ട് സമർപ്പിക്കുകയും അംഗീകാരം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് ടാൻസ്റ്റോർമർ സ്ഥാപിക്കാൻ കരാർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. ജനറേറ്റർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായുള്ള പ്രവൃത്തികളും പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.
(സി)	ഓക്സിജൻ പ്ലാന്റ് പൂർണ്ണതോതിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നതിന് എത്ര തുകയാണ് വിനിയോഗിച്ചതെന്നും പൂർണ്ണതോതിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നതിന് ഇനി എത്ര തുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് ഏത് ഏജൻസിയെയാണ് സർക്കാർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയതെന്നും വിശദമാക്കാമോ?	(സി)	ഓക്സിജൻ പ്ലാന്റിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനായി 28,61,880/- രൂപ ചെലവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്ലാന്റ് പ്രവർത്തനസജ്ജമാക്കുന്നതിനായി 27,82,000/- രൂപ കൂടി ആവശ്യമായി വരുന്നുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്താണ് ഫണ്ട് വകയിരുത്തി ഈ രണ്ട് പ്രവൃത്തികളും നിലവിൽ നിർവ്വഹിക്കുന്നത്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ