


**പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
പതിനാറാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം. 5611

18.11.2019 ൽ മറുപടിക്ക്

പാലക്കാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെ സെൻട്രൽ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ യൂണിറ്റ്

<p align="center"><u>ചോദ്യം</u></p> <p align="center">ശ്രീ.ഷാഫി പറമ്പിൽ</p>		<p align="center"><u>ഉത്തരം</u></p> <p align="center">കെ.കെ. ശൈലജ ടീച്ചർ (ആരോഗ്യവും സാമൂഹ്യനീതിയും വനിത-ശിശു വികസനവും വകുപ്പുമന്ത്രി)</p>	
(എ)	<p>പാലക്കാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെ ശസ്ത്രക്രിയ ഉപകരണങ്ങൾ അണുവിമുക്തമാക്കുന്നതിനുള്ള സെൻട്രൽ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ യൂണിറ്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനം 2016 മാർച്ചിൽ നടത്തിയെങ്കിലും ഇപ്പോഴും ഈ യൂണിറ്റ് ഉപയോഗിക്കാതെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;</p>	(എ)	<p>ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.</p>
(ബി)	<p>ഈ അത്യാവശ്യ സംവിധാനം ഉപയോഗക്ഷമമാക്കാത്തതിന്റെ കാരണം വിശദമാക്കാമോ;</p>	(ബി)	<p>2016-ൽ ഉദ്ഘാടനം നടത്തിയെങ്കിലും എച്ച്.ടി. കണക്ഷൻ ലഭ്യമായത് 2018-ൽ ആണ്. എന്നാലും ഓപ്പറേഷൻ തീയേറ്ററും സെൻട്രൽ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ യൂണിറ്റിലും രണ്ട് വ്യത്യസ്ത കെട്ടിടങ്ങളിലായതിനാൽ അണുവിമുക്തമാക്കിയ ഉപകരണങ്ങൾ തീയേറ്ററിൽ എത്തിക്കുവാൻ തുറന്ന സ്ഥലത്തുകൂടെ കൊണ്ടുപോകേണ്ട സാഹചര്യമാണ്. ആയത് അനുവദനീയമല്ലാത്തതിനാൽ CSSR ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല.</p>
(സി)	<p>ഈ സംവിധാനം ഉപയോഗത്തിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാമോ; വിശദാംശങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കാമോ?</p>	(സി)	<p>നിലവിൽ പ്രസ്തുത യൂണിറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ തീയേറ്റർ കെട്ടിടത്തിലേയ്ക്ക് മാറ്റാനുള്ള നടപടികൾ പാലക്കാട് മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ സഹായത്തോടെ പുരോഗമിക്കുന്നു.</p>


 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ