

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

7 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 297

05-12-2022 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കോബാട്ട് തെറാപ്പി മെഷീൻ വാങ്ങുന്നതിന് നടപടി

| ചോദ്യം | | ഉത്തരം | |
|----------------|--|--|--|
| ശ്രീ. എം.വിജിൻ | | ശ്രീമതി വീണാ ജോർജ്ജ് (ആരോഗ്യ- വനിത-ശിശുവികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി) | |
| (എ) | <p>കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പുതിയ കോബാട്ട് തെറാപ്പി മെഷീൻ വാങ്ങുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ; വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കാമോ?</p> | (എ) | <p>കണ്ണൂർ സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പുതിയ കോബാൾട്ട് തെറാപ്പി മെഷീൻ വാങ്ങുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രൊപ്പോസലുകളൊന്നും തന്നെ നിലവിൽ പരിഗണനയിലില്ല. കണ്ണൂർ സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ടെലി കോബാൾട്ട് റേഡിയേഷൻ മെഷീന്റെ Theratron 780 E പ്രവർത്തനസജ്ജമാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി പഴയ റേഡിയോ ആക്ടിവ് കോബാൾട്ട് സോഴ്സ് മാറ്റി പുതിയ കോബാൾട്ട് സോഴ്സ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി 24.5.2022 ലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് (സാധാ). 1178/2022/ആ.ക.വ പ്രകാരം അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ പ്രസ്തുത മെഷീന് 24 വർഷത്തോളം കാലപഴക്കമുള്ളതിനാൽ പുതിയ സോഴ്സ് സ്ഥാപിച്ചാലും പൂർണ്ണതോതിൽ പ്രവർത്തനസജ്ജമാകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പില്ലാത്തതിനാൽ മെഷീന്റെ പ്രവർത്തനക്ഷമത പരിശോധിക്കുന്നതിനായി കോഴിക്കോട് റേഡിയോ തെറാപ്പി വിഭാഗം മേധാവി, അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ & റേഡിയേഷൻ സ്പെഷ്ലി ഓഫീസർ തുടങ്ങിയവരെ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും പരിശോധന റിപ്പോർട്ട് മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ തലത്തിൽ പരിശോധിച്ചു വരുകയും ചെയ്യുന്നു.</p> |

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ