

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

9 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 2297

13-09-2023 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ശ്രവണസഹായി ഉപകരണങ്ങളുടെ കേടുപാടുകൾ തീർക്കാൻ നടപടി

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
<p>ശ്രീ. നജീബ് കാന്തപുരം, ശ്രീ. പി. അബ്ദുൽ ഹമീദ്, പ്രൊഫ. ആബിദ് ഇസ്മൈൽ തങ്ങൾ</p>		<p>ശ്രീമതി വീണാ ജോർജ്ജ് (ആരോഗ്യ- വനിത-ശിശുവികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി)</p>	
(എ)	<p>കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാന്റേഷനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്ത കമ്പനി പ്രവർത്തനം നിർത്തിയത് കാരണം പ്രസ്തുത ശ്രവണസഹായി ഉപകരണങ്ങളുടെ കേടുപാടുകൾ തീർക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടോ; വിശദമാക്കുമോ;</p>	(എ)	<p>കേരള സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി മിഷൻ കാലയളവിൽ നടത്തിയ കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ശസ്ത്രക്രിയകൾക്ക് തുടർച്ചയായി നൽകേണ്ടതായ പ്രസ്തുത സേവനങ്ങൾ തുടർന്നും നൽകുന്നതിനായി കെഎംഎസ്സിഎൽ മുഖാന്തിരം ബന്ധപ്പെട്ട കമ്പനികളുമായുള്ള ചർച്ചകൾ നടത്തി വരുന്നു . കെഎംഎസ്സിഎൽ ടെണ്ടർ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക്, വിഷയത്തിൽ ഉടൻ പരിഹാരം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്.</p> <p>പദ്ധതി നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കെഎംഎസ്സിഎൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ടെൻഡർ ഡോക്യുമെന്റിലെ നിർവ്വചന പ്രകാരം അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങൾ, സേവനങ്ങൾ, കേടുപാടുകൾ പരിഹരിക്കൽ മുതലായവ സംഭരണ തീയതി മുതൽ കുറഞ്ഞത് 10 വർഷമെങ്കിലും ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭ്യമായിരിക്കണം. സംഭരണ തീയതി മുതൽ 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളും സേവനങ്ങളും കമ്പനി നിർമ്മാണകരാർക്കിടയിൽ, പ്രോസസറിന്റെയും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളുടെയും സൗജന്യ അപ്ഗ്രേഡേഷൻ കമ്പനിയുടെ ബാധ്യതയായിരിക്കും.</p>
(ബി)	<p>പ്രസ്തുത ഉപകരണങ്ങൾ പുതുക്കണമെന്ന് കമ്പനി അധികൃതർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;</p>	(ബി)	<p>ഉത്തരം (എ) പിരിവിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്</p>
(സി)	<p>പ്രസ്തുത ഉപകരണങ്ങൾ അറ്റകുറ്റപ്പണി ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ അവയ്ക്ക് പകരം പുതിയവ വിതരണം ചെയ്യാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ?</p>	(സി)	<p>ഉത്തരം (എ) പിരിവിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്</p>

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

