

ടെലിഫോൺ നമ്പർ : 2512524
 പോസ്റ്റ് ബോക്സ് : 5430
 ഫാക്സ് : 0471-2305891
 പിൻ കോഡ് : 695033



ഇ-മെയിൽ: secretary@niyamasabha.nic.in

കേരള നിയമസഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ്

KLS/2316/2025-MAE1

തിരുവനന്തപുരം
19-03-2025

കുടുംബശ്രീ നോട്ടീസ്

നിയമസഭാ ഹോസ്റ്റൽ ഡെൻ്റൽ ക്ലിനിക്കിലെ ആവശ്യത്തിലേയ്ക്കായി താഴെപ്പറയുന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരം ഒരു Woodpecker UDS P LED Ultrasonic Scaler ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി കരാറിൽ ഏർപ്പെടുവാൻ താല്പര്യമുള്ള വ്യക്തികൾ/ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും കുടുംബശ്രീ ക്ഷണിക്കുന്നു.

SL No.	SPECIFICATION	
1.	Woodpecker UDS P LED Ultrasonic Scaler	
	Power input	: 110 V-50Hz/60Hz 220-240V-50Hz/60Hz
	Main unit input	: 24 V-1.3A
	Output power	: 3W - 20W
	Frequency	: 28KHz ± 3KHz
	Water pressure	: 0.1bar-5bar (0.01 MPa – 0.5 MPa)
	Main unit weight	: 0.68 kg
	Adapter weight	: 1.2kg
	Dimension	: 178mm X 145mm X 89mm

മുദ്ര വച്ച കുടുംബശ്രീകൾ 02.04.2025-ന് വൈകിട്ട് 3.00 മണിക്ക് മുമ്പായി എസ്റ്റേറ്റ് ഓഫീസർ, നിയമസഭാ ഹോസ്റ്റൽ, പാളയം, തിരുവനന്തപുരം-33 എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. കുടുംബശ്രീകൾ അന്നേദിവസം തന്നെ വൈകിട്ട് 3.30 മണിക്ക് കുടുംബശ്രീയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. കുടുംബശ്രീകൾ തുറന്നു പരിശോധിക്കുന്ന ദിവസം അവധിയാണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം ആയത് തുറന്നു പരിശോധിക്കുന്നതാണ്. കുടുംബശ്രീകൾ ഉള്ളടക്കം ചെയ്ത കവറിന് പുറത്ത് "നിയമസഭാ ഹോസ്റ്റലിൻ്റെ ആവശ്യത്തിലേയ്ക്ക് Woodpecker UDS P LED Ultrasonic Scaler ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള കുടുംബശ്രീ" എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ ലഭിക്കാത്ത കുടുംബശ്രീകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. മേൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള Woodpecker UDS P LED Ultrasonic Scaler ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ പരമാവധി സമയം കുടുംബശ്രീയിൽ സൂചിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ക്വാട്ട് ചെയ്യുന്ന റേറ്റ് എല്ലാ ചെലവുകളും ഉൾപ്പെടെ ആയിരിക്കണം. മേൽ സൂചിപ്പിച്ച വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്

എം.എ.ഇ വിഭാഗവുമായി (0471-2512207) ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ്. ക്ഷേത്രങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനോ യാതൊരു കാരണവും വ്യക്തമാക്കാതെ നിരസിക്കുന്നതിനോ കേരള നിയമസഭ സെക്രട്ടറിയുടെ അധികാരമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

Sunilkumar S
JOINT SECRETARY